Warszawa, dnia 03.07.2019 r

WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W WARSZAWIE
ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa

Sprawa Nr ZP-11/2019

PYTANIA DO TREŚCI SIWZ I WYJAŚNIENIA

Dotyczy: **Przetargu nieograniczonego na dostawę autoklawu do sterylizacji mikrobiologicznych wraz z montażem, uruchomieniem, oddaniem do eksploatacji, przeszkoleniem personelu i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji - Sprawy ZP-11/2019,**

Niniejszym informujemy, że otrzymaliśmy od Wykonawcy zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych *(Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.)* zwanej dalej Pzp, wyjaśniamy co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o pojemności komory 101 L oraz wymiarach zewnętrznych 700 x 1850 x 1278 mm (szer. x wys. x gł.) z drzwiami przesuwanymi w pionie?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o pojemności komory 157 L oraz wymiarach zewnętrznych 903 x 1850 x 998 mm (szer. x wys. x gł.) z drzwiami przesuwanymi w płaszczyźnie poziomej?

Pytanie nr 3

Czy w miejscu instalacji Zamawiający dysponuje instalacją sprężonego powietrza czy wraz z autoklawem należy dostarczyć sprężarkę o stosownej wydajności?

Pytanie nr 4

Uprzejmie prosimy także o informację, czy odbycie wizji lokalnej w pomieszczeniu będzie możliwe także w innym terminie niż ustalony w SIWZ.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że dopuszcza autoklaw z komorą 101 L z zastrzeżeniem, że nie zostaną przekroczone maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia tj. szer. 800 x głęb. 900 x wys. 1600 mm +/- 10 %. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia, którego gabaryty zewnętrzne będą wyższe niż wskazane w pkt. 2 „ Opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ".

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza autoklawu o pojemności komory 157 litrów oraz o wymiarach zewnętrznych przekraczających gabaryty zewnętrzne urządzenia wskazane w pkt. 2 „ Opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ".

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że nie dysponuje instalacją sprężonego powietrza. Zgodnie z pkt. 10 „Opisu przedmiotu zamówienia" – Załącznik nr 2 do SIWZ autoklaw powinien być wyposażony w system podtrzymania ciśnienia do sterylizacji cieczy w butelkach hermetycznie zamkniętych. Zatem wraz z urządzeniem powinna być dostarczona sprężarka.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że wyznacza dodatkowy termin w dniu 5 lipca 2019 r. o godz. 13:00 na dokonanie wizji lokalnej w miejscu instalacji autoklawu. Wizja lokalna odbędzie się w obecności wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

Sprostowanie do zmiany treści SIWZ z dnia 1 .07.2019 r.

W piśmie dotyczącym zmiany treści SIWZ umieszczonym w dniu 1.07.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącym postępowania o zamówienie publiczne na dostawę autoklawu do sterylizacji mikrobiologicznych wraz z montażem, uruchomieniem, oddaniem do eksploatacji, przeszkoleniem personelu i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji Sprawa ZP-11/2019, omyłkowo została wpisana niewłaściwa nazwa postępowania.

Prawidłowa nazwa postepowania to „Dostawa autoklawu do sterylizacji mikrobiologicznych wraz z montażem, uruchomieniem, oddaniem do eksploatacji, przeszkoleniem personelu i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji"

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
A. Bieniek
Agnieszka Stankiewicz - Bieniek
2019 -07- 03