

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Przedmiot szacowania wartości zamówienia:

Dostawa autoklawu do sterylizacji pożywek mikrobiologicznych wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji.

Informacje dotyczące szacowania wartości zamówienia:

1. Autoklaw nieprzelotowy z poziomą prostopadłościenną komorą sterylizacyjną o pojemności litrów 100 +/- 5%, ładowany z wózka (wraz z zestawem akcesoriów tj. 2 kosze, wózek do załadunku wsadu) max wymiary zewnętrzne szer. 800 x głęb. 900 x wys. 1600 +/- 10%;
2. Sterowanie mikroprocesorem (minimum 20 programów) z możliwością ustawienia paramentów procesu sterylizacji;
3. Temperatura sterylizacji programowana w zakresie 110-138 °C ;
4. System podtrzymania ciśnienia do sterylizacji cieczy w butelkach hermetycznie zamkniętych;
5. System szybkiego chłodzenia wsadu;
6. Sonda giętka do pomiaru temperatury w cieczach;
7. 2 czujniki pomiaru jeden przy sondzie kontrolnej drugi w dalszej odległości od sondy kontrolnej.
8. Wbudowana wytwornica pary;
9. Drukarka parametrów sterylizacji (igłowa wbudowana) + pakiet startowy: min. 5 rolek do drukarki, 1 taśma tuszująca;
10. Wyświetlacz LCD;
11. Obudowa stal nierdzewna;
12. Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia w ilości ok. 10 osób;
13. Konserwacja urządzenia w okresie gwarancyjnym wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych;
14. Okres gwarancji min. 24 miesiące;
15. Urządzenie musi być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w IV kwartale 2018;
16. Urządzenie musi posiadać znak CE, spełniać normę tj: EN 285:2016 ;
17. Zapewnienie serwisu firmowego - czas naprawy urządzenia do 48 godzin roboczych od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego;
18. Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia do 12 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

Media Zamawiającego:

1. Woda o ciśnieniu w zakresie 0,1- 0,6MPa , energia elektryczna 3x230/400V 50Hz, 20kW

w pomieszczeniu w którym będzie montowane urządzenie znajduje się zawór zasilający w wodę, instalacja kanalizacyjna oraz gniazdo elektryczne 3x230/400V. Przy instalacji urządzenia może być konieczność dokonania drobnych przeróbek ww. instalacji przez Wykonawcę. Zamawiający posiada własny system uzdatniania wody do zasilania urządzenia.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym transport oraz wymagane pozwolenia UDT leżą po stronie Wykonawcy.
3. Płatność przelewem na konto Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni.
4. Protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia Faktury przez Wykonawcę.
5. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa

Termin i sposób wysyłania szacunkowych wartości zamówienia:

1. Termin wysyłania szacunkowej wartości zamówienia Zamawiający ustala na dzień 04.03.2019 r. (do końca dnia) na adres e-mail michal.skorupski@wsse.waw.pl

Osoba do kontaktu :

Michał Skorupski , kontakt tylko drogą e-mail na michal.skorupski@wsse.waw.pl

Informujemy, że powyższe szacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

**Z-C A DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych**

2019-02-26
/data i podpis osoby upoważnionej/
Anna Podgórska - Bieńk

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych udostępnione są na stronie internetowej WSSE w Warszawie pod adresem <http://wsse.waw.pl/dla-klienta/ochrona-danych-osobowych>