

**WYJAŚNIENIE DO SZACOWANIA**  
**WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot szacowania wartości zamówienia:**

**Dostawa autoklawu do sterylizacji pożywek mikrobiologicznych wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji.**

Zamawiający w wyniku pytań Wykonawców informuje, że:

w rozdziale **pt. - Informacje dotyczące szacowania wartości zamówienia:**

- 1) w pkt. 2 - dopuszcza minimum 19 programów z możliwością ustawienia paramentów procesu sterylizacji;
- 2) w pkt. 3 - dopuszcza sterylizację w zakresie temperatur 110 -136 °C,

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin przesłania wartości szacunkowej z 04.03.2019 r. (do końca dnia) na dzień 05.03.2019 r. (do końca dnia) na adres e-mail [michal.skorupski@wsse.waw.pl](mailto:michal.skorupski@wsse.waw.pl)

**Z-CADYREKTORA**  
**ds. Ekonomiczno-Administracyjnych**

**2019 -03- 04**

**Agnieszka Starkiewicz - Bieniek**

**STARSZY SPECJALISTA**  
**ds. zamówień publicznych**

**Michał Skorupski**

**Maciej Pichl**

