

**WYJAŚNIENIE DO SZACOWANIA**  
**WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**


**Przedmiot szacowania wartości zamówienia:**

**Dostawa sprężarki powietrza zasilającej spektrometry mas typu potrójny kwadrupol wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji**

Zamawiający w wyniku pytań zadanych w związku z szacowaniem wartości zamówienia informuje, że:

w rozdziale **pt. - Informacje dotyczące szacowania wartości zamówienia:**

- 1) **w pkt. 1 ppkt. 7) Szacowania wartości zamówienia**, Zamawiający określił minimalną moc silnika na 3,6 kW, zatem dopuszcza oferowanie sprężarki o wyższej mocy.
- 2) Zamawiający informuje, że szacunkowy przebieg pracy sprężarki wynosi około 18 godzin na dobę. Sprężarka będzie pracować przez 7 dni w tygodniu przez cały rok ( 18/7/365).
- 3) Zamawiający przez instalację rozumie dostarczenie urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, podłączenie urządzenia do istniejącej instalacji zasilania, instalacji pneumatycznej oraz sprawdzenie poprawności działania urządzenia po instalacji. Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 10 dokumentu „szacowania wartości zamówienia”, dostawa obejmuje: dostawę urządzenia, instalację urządzenia, szkolenie z zakresu obsługi urządzenia oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń z UDT - o ile jest to niezbędne- w terminie do 9 tygodni, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający planuje instalację urządzenia w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa, w laboratorium na IV piętrze.
- 4) W przypadku gdy, Zamawiający podejmie decyzję o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne, szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, a w szczególności informacje dotyczące miejsca instalacji urządzenia zostaną zawarte w dokumentacji dotyczącej postępowania. Na chwilę obecną Zamawiający dokonuje jedynie czynności szacowania wartości zamówienia.

z upoważnienia Dyrektora  
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Warszawie  
  
Pozostała Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych  
**Agnieszka Stankiewicz - Bieniek**

2019 -08- 29