

Warszawa dnia, 10 maja 2018 r.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Naprawa chromatografu cieczowego Agilent 1260 z detektorem mas 6460 Triple Quad LC MC

Informacje podstawowe dotyczące szacowania zamówienia

1. Naprawa chromatografu cieczowego Agilent 1260 z detektorem mas 6460 Triple Quad LC MC o numerze inwentarzowym ST.01.801.71.2.191 użytkowanego przez Pracownię Badań Pozostałości Pesticydów w WSSE w Warszawa ul. Żelazna 79.
2. Naprawa chromatografu cieczowego Agilent 1260 z detektorem mas 6460 , po przeprowadzeniu w **dniu 9 maja 2018 r.** Konsultacji przez serwisanta z Firmy Perlant Technologies sp .z. o. o. w Warszawie stwierdzono uszkodzenie elementów elektronicznych (płyta główna oraz Door Latch Mechanism Board(wymiana części jest wymagana.)
3. Wykonanie usługi winno być przeprowadzone w siedzibie WSSE w. Żelazna 79.
4. Termin realizacji usługi do dnia 16 maja 2018r.(sprawa pilna)
5. Termin wysłania szacunkowej wartości zamówienia do dnia 11 maja 2018r.

6. Przy realizacji usługi Wykonawca powinien wykazać się dużą starannością, terminowością.

Informuję , że powyższe szacowanie ceny nie stanowi zapytania ofertowego , ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych. Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskania wiedzy na temat kosztów związanych z planowaniem zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu:

Kierownik Sekcji Gospodarki Magazynowej i Majątku Trwałego - Kazimierz Mikułowski

e-mail: kazimierz.mikulowski@wsse.waw.pl

KIEROWNIK
Sekcji Gospodarki Magazynowej
i Majątku Trwałego
Kazimierz Mikułowski

