

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Przedmiot szacowania wartości zamówienia: Usługa konserwacji dwóch autoklawów produkcji SMS Sp. z o.o. zlokalizowanych w Laboratorium Epidemiologii przy ul. Żelaznej 79 w Warszawie.

I. Wykaz sterylizatorów parowych:

1. **WSSE ul. Żelazna 79**
Steryliizator ASVE/AD nr ewid. N2127002465
Typ-automatyczny z pionową komorą
Nr fabryczny 3042
Pojemność 0,08m3
Rok budowy 2005
Wytwórca spółdzielnia Mechaników SMS

2. **WSSE ul. Żelazna 79**
Steryliizator ASVE/AD nr ewid. N2127-2466
Typ-automatyczny z pionową komorą
Nr fabryczny 3038
Pojemność 0,08m3
Rok budowy 2005
Wytwórca Spółdzielnia Mechaników SMS

II.

Komora:

1. Wymiana uszczelki pokrywy co 6 miesięcy lub w zależności od potrzeb.

Instalacje i podzespoły:

1. Czyszczenie zbiorników wody elektrod co 3 miesiące lub w zależności od potrzeb.
2. Czyszczenie płaszcza grzejnego (wytwornicy pary) co 6 miesięcy lub w zależności od potrzeb.
3. Sprawdzanie zbiorniczków wody wytwornicy pary co 6 miesięcy lub w zależności od potrzeb.
4. Czyszczenie zbiornika z zaworem pływakowym co 3 miesiące lub w zależności od potrzeb.
5. Smarowanie mechanizmów zamykania pokrywy co 3 miesiące lub w zależności od potrzeb.
6. Czyszczenie zawory pływakowego co 6 m miesięcy lub w zależności od potrzeb
7. Czyszczenie szkła wodowskazu co 6 miesięcy lub w zależności od potrzeb.
8. Sprawdzanie zaworu pływakowego co 3 miesiące lub w zależności od potrzeb.
9. Sprawdzanie i smarowanie pompy hydroforowej co 6 miesięcy lub w zależności od potrzeb.
10. Czyszczenie zaworów zwrotnych co 6 miesięcy lub w zależności od potrzeb.

11. Sprawdzanie pompki elektromagnetycznej co 6 miesięcy lub w zależności od potrzeb.
12. Czyszczenie odwadniaczy co 3 miesiące lub w zależności od potrzeb.
13. Czyszczenie filtrów osadczych na wejściach instalacji zasilającej parowej i wodnej co 3 miesiące lub w zależności od potrzeb.
14. Sprawdzanie szczelności połączeń na przeciek co 3 miesiące lub w zależności od potrzeb
15. Sprawdzanie wyłączników ciśnieniowych co 6 miesięcy lub w zależności od potrzeb.
16. Wymiana filtra powietrza sterylnego typu LP-050 co 6 miesięcy lub w zależności od potrzeb.

III. Sterowanie elektroniczne:

1. Sprawdzenie okablowania stanu połączeń elektrycznych co 6 miesięcy lub w zależności od potrzeb.

IV. Informacje dotyczące realizacji usługi zamówienia:

1. Przegląd należy przeprowadzać raz na kwartał.
2. Protokół odbioru, każdorazowo po wykonaniu konserwacji.
3. Kontakt telefoniczny, minimum jeden dzień przed realizacją usługi zamówienia.
4. Realizacja usługi zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia podczas realizacji usługi konserwacji, Wykonawca wyda bezpłatną ekspertyzę Zamawiającemu wraz ze wstępną wyceną.

V. Termin i sposób wysyłania szacunkowych wartości zamówienia:

1. Termin wysyłania szacunkowej wartości zamówienia Zamawiający ustala do dnia **20.01.2020r.** do godziny **12:00.**

2020 -01- 14
KIEROWNIK ODDZIAŁU
Administracyjno-Technicznego
Dariusz Głuchowski

Osoba do kontaktu:

Maciej Siwiak – p.o. Kierownika Sekcji Gospodarki Magazynowej i Majątku Trwałego,

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie, ul. Żelazna 79

e-mail: maciej.siwiak@wsse.waw.pl lub tel: (22) 620 90 01 do 06 wew. 665

Informujemy, że powyższe szacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

2020 -01- 14
p.o. KIEROWNIKA
Sekcja Gospodarki Magazynowej
i Majątku Trwałego
Maciej Siwiak

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych udostępnione są na stronie internetowej WSSE w Warszawie pod adresem <http://wsse.waw.pl/dla-klienta/ochrona-danych-osobowych>